

Adaption des IND c1zd Mikroskopes an Canon EOS und MicroQw Kameras



Bitte diese Originalkamera samt Optik vom Mikroskop abschrauben




Bitte diesen Grundadapter an das Mikroskop schrauben
(wird sowohl für EOS als auch für MicroQ benötigt)



Bitte den EOS Adapter (mit eingebautem Barlow Element) in den Grundadapter einschieben und mit Klemmschrauben befestigen.

Fertig zusammengebautes System





Adapter für die Mikroskopkamera (MicroQ) in den Grundadapter einschieben und mit Klemmschrauben befestigen

Fertig zusammengebautes
System mit MicroQ

